

**転ばぬ先の**

# 転倒予防チェックポイント！！

- ☑ 濡れた床や障害物が置かれている場所はありませんか
- ☑ キャスターのロックはかかっていますか
- ☑ 通路を妨げるようにコード類が伸びてませんか
- ☑ 点滴スタンドへの輸液ポンプ・シリンジポンプの取り付けは、重心が取れていますか
- ☑ 輸液ルート of 長さは適切ですか
- ☑ 案内表示は大きくはっきりと目につく位置に表示されていますか
- ☑ 滑る・つまずく・脱げやすい履物を使用していませんか
- ☑ 車いす・歩行器・杖などの補助具を正しく使用できていますか
- ☑ ふらつく危険性のある薬の使用を把握していますか
- ☑ オーバーテーブル・床頭台・点滴スタンドを支持して動いていませんか
- ☑ 病室・トイレ・浴室などナースコールの位置の説明や動線の説明はおこなわれていますか

**転倒予防で療養生活の維持・向上に努めましょう！！**